



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6
tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994
NIP 714-000-20-20 REGON 060317799
Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017
www.pgk.lubartow.pl pgk@pgk.lub.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS Nr 0000295810
Wysokość kapitału zakładowego 14 351 500,00 zł
BDO 000001962

DSZOK.230.7. 3689.2025

Lubartów, dnia 05.09.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego zestawu filtracyjnego 3 stanowiskowego z pompą eJet.

W dniu 04.09.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu o następującej treści:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę z pompą równoważną od specyfikowana w ogłoszeniu? Oferowana pompa jest funkcjonalne porównywalna z pompą specyfikowaną i spełnia wymagania odnośnie wydajności i kompatybilności z zestawem filtracyjnym.

Odp. 1) Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na podstawie tak sformułowanego pytania, ponieważ nie zna parametrów oferowanego urządzenia.

2. Pytanie dotyczy punktu "h" w tabeli parametrów technicznych. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg rozbudowy zestawu o możliwość instalacji lejeków szklanych o pojemności 30ml? Jeżeli to nie jest błąd w zapisie to prosimy o wskazanie produktu (producenta i numer katalogowy) lejka który Zamawiający zamierza użytkować.

Odp. 2) Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt h) tabeli parametrów - szczegółowego opisu urządzenia, jednocześnie informując że przedmiotem zamówienia nie są objęte lejki szklane i adaptory, a jedynie urządzenie tj. zestaw filtracji membranowej umożliwiający w przyszłości opcję rozbudowy o elementy wyspecyfikowane w pkt h) przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie miało możliwość skorzystania w przyszłości ze szklanych lejeków o poj.30 i 250 ml przy zastosowaniu odpowiednich adapterów w sposób kompatybilny umożliwiających przeprowadzanie filtracji na lejkach szklanych od dowolnego producenta np. Millipore.

PROKURENT
mgr Wojciech Grodzicki

Dział	Laboratorium	Dział Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Sprzedaży, Zamówień i Obsługi Klienta
Wodociągowo-Kanalizacyjny	ul. Nowodworska 11	ul. B.Mucharskiego 46	ul. B.Mucharskiego 46	ul. Parkowa 6
ul. Nowodworska 11	tel. 81 855 25 20	tel. 81 855 27 17	tel. 81 855 29 79	tel. 81 855 23 87
tel. 81 855 25 20	tel. 81 854 34 75		tel. 81 854 15 03	
tel. 81 854 34 75				